



SULJETT
SISTEMA DE CODIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

BRASIL Estrada João Passuelo, 342
Vila Nova - CEP 91740-550 - Porto Alegre/RS - Brasil
Fone: (51) 3243.6017 / 3264.5178 / 3243.6062 / 3261.1927
E-mail: suporte@suljett.com
CNPJ: 13.197.778/0001-84 - I.E: 096/3411349

Nº 282

RELATÓRIO TÉCNICO

Data 04 09 25

Técnico Carlos Rado

Cliente:	<u>BELCABOS</u>	CNPJ:	<u>—</u>	Cidade:	<u>CANIAS DO SUL</u>					
Fabricante:	<u>HITACHI</u>	Tinta:	<u>1311Y</u>	Diluyente:	<u>51018</u>					
Modelo Impressora:	<u>UXB 1600 WG</u>	Horímetro:	<u>16283</u>	Nº de Série:	<u>UXB 08750012</u>					
Saída Base:	<u>10:37</u>	Chegada Destino:	<u>14:47</u>	Saída Destino:	<u>17:33</u>					
Categoria do Serviço:		AC	Comercial	☒ Técnica	CM Contrato	IN Instalação	MC Corretiva	☒ Preventiva	SG Garantia	TR Treinamento
Descrição do Serviço:		VI Cortesia	☒ Campo	OF Oficina	AL Aluguel	DI Diversas	RE Retrabalho	DE Demo		
Verificações:	Sim		Não		Valores		Medições:			
	Aterramento	☒					F - N	<u>271V</u>		
	Nobreak	☒					F - T	<u>273V</u>		
							N - T	<u>0.01V</u>		

Observações: Manutenção Preventiva.

Ações: Realizados testes iniciais; T.mod: 1167. auto-lim: 23. margem de jato: 4 bocas; Qaj mod: 01 a 19; ajustada na 11; Realizada parada da jato; drenada tinta; Limpeza de reservatório de tinta (pois havia tinta grossa e emperrada na conexão do cartucho); lavagem do sistema hidráulico com solução drenada (2x); Limpeza do regulador de pressão e conexão do transceptor no manifold; removidas tampas inferiores do manifold para limpeza dos dutos; após; realizadas mais 2x lavagens do sistema; drenada pela sug; troca do kit de filtros; abastecida com tinta e make up novos; Calibrada; Funcionando normalmente em linha de produção, realizado acompanhamento bico não apresentou desvios.

Tipo de Falha	C. Impres.	C. Hidr	☒	C. Eletr.	F. Oper.	Softw	Outros
---------------	------------	---------	-------------------------------------	-----------	----------	-------	--------

Relação de Peças Fornecidas pela SULJETT

Descrição	Código	Série / Lote	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
<u>Solução de limpeza</u>			<u>02</u>		
<u>Kit de Filtros ux</u>			<u>01</u>		
<u>Tinta HITACHI</u>	<u>1311Y</u>		<u>01</u>		

A garantia do equipamento será automaticamente cancelada em caso de: Serviço prestados pela manutenção não autorizada, utilização de fluidos (tintas e solvente) não originais da Suljett e equipamentos não aterrados e devidamente abastecidos de um Nobreak.

Data	<u>04/09</u>									
Chegada	<u>14:50</u>									
Saída	<u>17:30</u>									

	Km de Viagem	Valor / Km	Valor Total Km	Horas de Serviço	Valor / Horas	Valor Total Horas	TOTAL
Normais (Seg. à Sex. das 08:00 às 18:00)	<u>199</u>	<u>3,70</u>		<u>2h 40min</u>	<u>210,00</u>		
Extras (Seg. à Sex. das 18:00 às 8:00)							
Extras (Sab. Dom e Feriados)							

Mathews Abreu

Extrusão

NOME LEGÍVEL

Setor

RG / CPF

Declaro ter recebido o material supra citado, concordando com as horas trabalhadas e Km de viagens cobradas neste relatório.